SPEED CPSE

Determinación cuantitativa de esterasa prostática

Método

Inmunocromatografía para determinación cuantitativa por fluorescencia inducida por láser.

Para leer con el analizador Speed Reader.

Indicación

Marcador de la hiperplasia benigna de próstata en el perro.

Muestra

Suero, plasma (heparina-Li).

Tiempo de lectura

10 minutos. No precisa incubación.

Volumen de muestra

50 µl.

Conservación

18 meses entre 2 y 8 ºC.

Presentación

Caja con 6 tests.

Fiabilidad

Correlación con ELISA 0,9703.*

Nº de registro 10.669-RD.

* Estudio interno de Virbac.