SPEED cCRP

Determinación cuantitativa de proteína C reactiva canina

Método

Inmunocromatografía para determinación cuantitativa por fluorescencia inducida por láser.

Para leer con el analizador Speed Reader.

Indicación

Marcador de la inflamación en tiempo real en el perro.

Muestra

Suero, plasma (heparina-Li).

Tiempo de lectura

10 minutos. No precisa incubación.

Volumen de muestra

10 µl.

Conservación

18 meses entre 2 y 8 ºC.

Presentación

Caja con 6 tests.

Fiabilidad

Correlación con ELISA 0.9806.*

Nº de registro 10.668-RD.

*Estudio interno de Virbac.