

INTRODUCCIÓN

Los **agentes anestésicos inhalatorios** se utilizan de forma común en el **mantenimiento de la anestesia general** tanto en medicina humana como en veterinaria.¹

En **anestesia veterinaria**, los anestésicos halogenados más comunes son el halotano, el isoflurano y el sevoflurano, siendo el **isoflurano** el más utilizado.

SISTEMA ABSORBENTE DE GASES HALOGENADOS

Un **sistema pasivo, fiable y ecológico** es un **depósito de carbón activado** que se conecta mediante un tubo corrugado procedente de la válvula de sobrepresión. Este depósito debe estar colocado debajo de la válvula y se debe pesar regularmente para determinar si ha alcanzado la capacidad máxima de absorción.

Los gases anestésicos son nocivos para la salud humana y por lo tanto deben ser eliminados por un sistema de evacuación adecuado.

- Filtro de carbón activo de alta calidad.
- Capacidad de absorción de 200 g.
- Para el cuidado de la salud personal y del medio ambiente.

